

深圳市巨烽显示科技有限公司

BEACON 巨烽

Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd. 深圳

市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 12 楼

12F, Block B1, Nanshan Zhiyuan, No.1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 518055 China

Tel: +86 755 26995355

Fax: +86 755 26995755

www.beacon-display.cn

Deklaracja zgodności

My,

Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd.

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że nasz następujący produkt:

Model: C22S+, C22SP+, G22S+, G22SP+

Opis wyrobu: monitor medyczny LCD kolorowy 21,3” 2MP

monitor medyczny LCD w odcieniach szarości 21,3” 2MP

Klasyfikacja: Klasa I

Jest zgodny z normą (-ami)

EN 60601-1-2:2007

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 60601-1:2006+A11:2011

Zgodnie z dyrektywami europejskimi

Dyrektywa w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EEC

Podpis i pieczęć firmowa

For and on behalf of
深圳市巨烽显示科技有限公司
SHENZHEN BEACON DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Wei Cai Xiao
Authorized Signature(s)

Data: 2015-06-02